


УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного механика

ПАО «НЕФАЗ»

 А.Т. Самигуллин

« 17 » января 2024 г.

АКТ

осмотра технического состояния универсального газоанализатора  
ГАНГ-4АР зав. № 3382, инв. № 1602675 службы ОТ и ПБ.

Комиссия в составе: ведущего инженера-химика СОТ и ПБ И.Э. Борисовой, начальника ЛПЭ цеха №36 И.Р. Нуретдинова, начальника бюро ОГМ С.С. Бакирова, провела осмотр технического состояния универсального газоанализатора ГАНГ-4АР.

Осмотром установлено:

В результате длительной эксплуатации, не запускается основная плата и нет индикации.

Вывод комиссии:

Плата универсального газоанализатора ГАНГ-4АР подлежит замене с последующей настройкой сервисной службы, восстановление работоспособности ремонтной службой – невозможно.

Ведущий инженер-химик СОТ и ПБ



И.Э. Борисова

Начальник ЛПЭ цеха №36



И.Р. Нуретдинов

Начальник бюро ОГМ



С.С. Бакиров