

ИЗМЕНЕНИЕ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
по лоту № 17/ЛЭиПС «Проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны»

1. Изложить п. 2.2.1 технического задания в следующей редакции:

2.2.1 По объекту исследования «Атмосферный воздух» определяемые характеристики (показатели) и нижние пределы обнаружения методик:

- Азота диоксид – от 0,02 мг/м³,
- Диметилбензол (Ксилол) – от 0,05 мг/м³,
- Масло минеральное – от 0,03 мг/м³,
- Взвешенные вещества (в том числе пыль абразивная) – от 0,17 мг/м³,
- Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) – от 0,001 мг/м³,
- Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) – от 0,006 мг/м³,
- Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) – от 0,0004 мг/м³.

2. Изложить п. 2.3 технического задания в следующей редакции:

2.3 Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ: выполнение работ своими силами и собственными средствами (не менее 70%) от общего объема работ в рамках действующей области аккредитации.

Исполнитель предоставляет Заказчику действующие договора с привлекаемой аккредитованной лабораторией и действующий аттестат аккредитации лаборатории на право выполнения работ по исследуемым параметрам и несет ответственность перед Заказчиком за лабораторные исследования, выполняемые субподрядной организацией.

Начальник ЛЭиПС



Э.Р. Сафина