

Дополнение №1
к техническому заданию
Лот № 13 /ЦЛМ
«Проведение точных измерений объектов»

Пункт 1.2.3 ТЗ изложить в следующей редакции:

Было:

1.2.3 Обеспечить точность измерений 0,1 мм.;

Стало:

1.2.3 Обеспечить объемную точность измерений - $\pm 0,015 + 0,005$ мм/м.;

Дополнить раздел 1 пунктами:

1.3.5 Минимальный рабочий диапазон измерений со щупом - не более 0,1 м.;

1.3.6 Максимальный рабочий диапазон измерений со щупом - не менее 40 м.;

Начальник ЛНКиМИ ЦЛМ



С.М. Журавлев